

# Změna detekce úniku plynů!

## Change of gas leaking detection!

Z důvodu nefunkčnosti současného systému detekce nebezpečných plynů (DEGA) používáme nyní pro tento účel mobilní detektory (viz obrázek). Typy alarmů a jejich indikace:

Due to problems with current system of gas leakage detection (DEGA) we are now using mobile gas detectors (see figure) for that purpose. Types of alarms and their indications:

| Typ alarmu / Type of alarm | Indikace / Indication              | Co dělat / What to do                                  |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| Nízká úroveň alarmu        | Zvuk: 1 pípnutí za sekundu         | Informujte personál                                    |
|                            | Vibrace: 1 zavibrovaní za sekundu  |  |
|                            | Světlo: 1 bliknutí za sekundu      |  |
| Low alarm                  | Sound: 1 beep per second           | Inform the staff                                       |
|                            | Vibration: 1 vibration per second  |  |
|                            | Light: 1 flashing per second       |  |
| Vysoká úroveň alarmu       | Zvuk: 2 pípnutí za sekundu         | <b> Ihned opusťte prostor,</b><br>Informujte personál  |
|                            | Vibrace: 2 zavibrovaní za sekundu  |  |
|                            | Světlo: 2 bliknutí za sekundu      |  |
| High alarm                 | Sound: 2 beeps per second          | <b> Leave the lab immediately,</b><br>Inform the staff |
|                            | Vibration: 2 vibrations per second |  |
|                            | Light: 2 flashings per second      |  |

